



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 012906 0508 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:



DÜPERTHAL

**DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK
GMBH & Co. KG**

Frankenstraße 3
63791 Karlstein
DEUTSCHLAND

Fertigungsstätte:

062099

Prüfzeichen:



Produkt:

Sicherheitsschränke

Modell(e):

CHEM standard, CHEM tox

Kenndaten:

CHEM standard CHEM tox	
Modelltyp	ca. Baugröße in mm (Breite x Höhe x Tiefe)
M	594 x 2045 x 612
L	894 x 2045 x 612
XL	1194 x 2045 x 612

Feuerwiderstandsfähigkeit: FWF 0

Eine ausführliche Beschreibung der Kenndaten befindet sich im Prüfbericht.

Geprüft nach:

PPP 52125B:2019
DIN EN 16121:2017
DIN EN 16122:2012

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Bericht Nr.:

713144996

Gültig bis:

2025-04-16

Datum,

2020-06-02

(Frank Feihle)